

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам обязательной метрологической экспертизы конструкторской и (или) технологической документации на средство измерений

Наименование и тип средства измерений: Толщиномеры покрытий магнитные МТ-101-00, МТ-101-01, МТ-201-00, МТ-201-01, МТ-201-02.

Изготовитель: ООО «Контроль. Измерение. Диагностика.», г. Химки.

Заявитель: ООО «Контроль. Измерение. Диагностика.», г. Химки.

Номер по Государственному реестру 42007-09.

Номер сертификата (свидетельства) 37497

Методика поверки: ГОСТ 8.502-84 «Толщиномеры покрытий. Методы и средства поверки».

Интервал между поверками 1 год.

1. Испытательный центр ФГУП «ВНИИМС», номер аттестата аккредитации 30004-13 от 26.07.2013 г., провел обязательную метрологическую экспертизу технической и эксплуатационной документации на толщиномеры покрытий магнитные МТ-101-00, МТ-101-01, МТ-201-00, МТ-201-01, МТ-201-02, изготавливаемые ООО «Контроль. Измерение. Диагностика.», г. Химки, в соответствии с п.2 приказа Минпромторга от 30 сентября 2011 г. № 1326 для продления срока действия и выдачи свидетельства об утверждении типа.

Метрологическая экспертиза проведена на основании заявки ООО «Контроль. Измерение. Диагностика.», г. Химки.

2. На метрологическую экспертизу представлены следующие документы:

- сертификат об утверждении типа № 37497;
- приложение к сертификату;
- описание типа средства измерений (проект);
- справка об отсутствии изменений в документации;
- справка об отсутствии обращений потребителей с претензиями и рекламациями к качеству толщиномеров покрытий магнитных МТ-101-00, МТ-101-01, МТ-201-00, МТ-201-01, МТ-201-02.
- справка о проверке органом Госнадзора;
- эксплуатационная документация.

3. В результате метрологической экспертизы установлено следующее.

Толщиномеры покрытий магнитные МТ-101-00, МТ-101-01, МТ-201-00, МТ-201-01, МТ-201-02 зарегистрированы в Государственном реестре под номером 42007-09 на основании положительных результатов испытаний.

Соответствие данного типа толщиномеров покрытий магнитных МТ-101-00, МТ-101-01, МТ-201-00, МТ-201-01, МТ-201-02, изготавливаемых ООО «Контроль. Измерение. Диагностика.», г. Химки, в течение действия сертификата утверждения типа успешно подтверждалось положительными результатами поверки.

Изменения, влияющие на метрологические характеристики толщиномеров покрытий магнитных МТ-101-00, МТ-101-01, МТ-201-00, МТ-201-01, МТ-201-02, изготавливаемых ООО «Контроль. Измерение. Диагностика.», г. Химки, за период действия сертификата об утверждении типа в техническую и эксплуатационную документацию не вносились.

Обращений потребителей с претензиями и рекламациями к качеству толщиномеров покрытий магнитных МТ-101-00, МТ-101-01, МТ-201-00, МТ-201-01, МТ-201-02, изготавливаемых ООО «Контроль. Измерение. Диагностика.», г. Химки, за период действия сертификата об утверждении типа не поступало.

Представленный проект описания типа толщиномеров покрытий магнитных МТ-101-00, МТ-101-01, МТ-201-00, МТ-201-01, МТ-201-02 составлен в соответствии с приказом Минпромторга России от 30.11.2009 г. № 1081.

**Заключение:** На основании проведенной метрологической экспертизы Испытательный центр ФГУП «ВНИИМС» считает возможным выдать ООО «Контроль. Измерение. Диагностика.», г. Химки, свидетельство об утверждении типа толщиномеров покрытий магнитных МТ-101-00, МТ-101-01, МТ-201-00, МТ-201-01, МТ-201-02 с сохранением регистрационного номера сертификата об утверждении типа 37497 и регистрационного номера Государственного реестра 37497-09.

Руководитель  
Испытательного центра  
ФГУП «ВНИИМС»



В. Н. Яншин

Начальник лаборатории 203.3

М. Л. Бабаджанова